Servir notre communauté et améliorer la vie des patients dentaires

Catalogue des produits

Contrôle des infections

2015

Fier distributeur de :

Bioview™

SciCan
Your Infection Control Specialist™

HANSAmed LIMITED

Table des matières

Surveillance de la stérilisation

Page

RESPECT DE LA SURVEILLANCE DE LA STÉRILISATION
Lignes directrices 2
INDICATEURS
Bioview[MC] : Indicateurs biologiques 3
Bioview[MC] : Indicateur de stérilisation à la vapeur Twindicator 3
Bioview[MC] : Indicateur VaporLine SSI
TROUSSES DE DÉPART 3
Bioview[MC] : Trousse de luxe - Surveillance quotidienne 3
Bioview[MC] : Trousse de base - Surveillance hebdomadaire 3
PRODUITS DE STÉRILISATION SUPPLÉMENTAIRES
Bioview[MC] : Carnet de consignation des résultats d'analyses 4
Bioview[MC] : Service postal de surveillance de la stérilisation 4
Bioview[MC] : Incubateur d'essai biologique 110 V 4
ProChem - Test de type Bowie-Dick 4
Medicom® : Pochettes de stérilisation Safe-Seal Duet 4

Désinfectants

Page

CONTRÔLE DES INFECTIONS
SciCan : Pré-nettoyeur OPTIM[MC] 28 5
SciCan : Lingettes désinfectantes OPTIM[MC] 6 x 7 – Recharge 5
SciCan : Lingettes désinfectantes OPTIM[MC] 10 x 10 – Recharge 5
SciCan : Lingettes désinfectantes Optim 33TB pour surface 5
SciCan : Chimiostérilisant OPTIM[MC] CS 5
FOURNITURES
SciCan : Pompe OPTIM[MC] pour cruche de 4 L 6
SciCan : Pulvérisateur pour bouteille de 1 L 6

Respect de la surveillance de la stérilisation

Les associations, les organisations et les organismes de réglementation dentaires du Canada exigent tous une surveillance mécanique, chimique et biologique des stérilisateurs. Les nouvelles lignes directrices du RCDSO[1] et de l'ADA+C[2] prévoient une surveillance biologique quotidienne.

L'Association dentaire canadienne (ADC) et divers collèges et organismes dentaires provinciaux ont publié des lignes directrices qui énoncent les pratiques exemplaires à suivre pour la surveillance de la stérilisation en cabinets dentaires et qui sont conformes aux exigences de l'Association canadienne de normalisation (CSA). Ces normes s'appliquent à tous les établissements de soins de santé, y compris les cabinets dentaires, et elles peuvent servir de fondements aux fins de la vérification.

Pourquoi faut-il contrôler la stérilisation?

La stérilisation est le processus qui consiste à détruire les différentes formes de vie microbienne, y compris les bactéries, les virus, les levures, les moisissures et les spores bactériennes responsables des infections. L'efficacité des procédés de stérilisation peut facilement être surveillée pour s'assurer que les instruments dentaires sont exempts de tout organisme pathogène et qu'ils peuvent être utilisés sans danger dans les cabinets dentaires. Le processus de surveillance de la stérilisation garantit, avec un haut niveau de confiance, que tous les organismes infectieux ont été détruits.

Marche à suivre

La surveillance de la stérilisation repose sur un ensemble de méthodes mécaniques, chimiques et biologiques.

- Les indicateurs mécaniques désignent les jauges ou affichages sur le stérilisateur qui indiquent la durée du cycle ainsi que la température et la pression de stérilisation. Les indicateurs mécaniques devraient être vérifiés et consignés pour chaque cycle.

- Les indicateurs chimiques (IC) utilisent des produits chimiques sensibles pour évaluer les conditions matérielles durant le procédé de stérilisation. Ces indicateurs montrent que les instruments ont été exposés à un cycle de stérilisation, mais ils ne garantissent pas qu'il y a eu stérilisation.

- Les indicateurs biologiques (IB) sont les dispositifs les plus acceptés pour surveiller la stérilisation. Ils évaluent directement l'efficacité du procédé visant à détruire les microorganismes les plus résistants, soit Geobacillus stearothermophilus. Les spores utilisées à cette fin sont plus résistantes et présentes en plus grand nombre que les contaminants microbiens que l'on trouve habituellement sur les articles utilisés pour le soin des patients.

[1]RCDSO – Collège royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario.
[2]ADA+C – Association et Collège dentaires de l'Alberta.

Indicateurs

Bioview[MC] : Indicateurs biologiques
NBBVCA100 - 100/boîte
NBBVCA25 - 25/boîte
Méthode de surveillance biologique. La pratique optimale consiste à vérifier l'efficacité de stérilisation sur une base quotidienne. Le test au moyen de spores bactériennes est le meilleur moyen de vérifier la stérilité en cabinet.

Bioview[MC] : Indicateur de stérilisation à la vapeur Twindicator
NBBVTWN250
250 x 2/boîte
Bandelettes indicatrices de classe 4, également désignées indicateurs multi-paramètres, qui, lorsqu'elles deviennent noires, indiquent que l'ensemble d'instruments satisfait aux exigences relatives au temps, à la pression et à la température de stérilisation.

Bioview[MC] : Indicateur VaporLine SSI
NBBVCAINT100
Les intégrateurs VaporLine SSI de classe 5 sont plus précisément connus sous le nom d'indicateurs intégrateurs. Ce sont de petites bandelettes qui permettent de vérifier la réussite ou l'échec de la stérilisation et qui réagissent à tous les paramètres critiques du cycle de stérilisation, à l'intérieur d'une plage de températures; la performance doit être égale à celle des indicateurs biologiques.

Trousses de départ

Bioview[MC]: Trousse de luxe - Surveillance quotidienne
NBBVCASK
Méthode de surveillance biologique. La pratique optimale consiste à vérifier l'efficacité de stérilisation sur une base quotidienne. La trousse de luxe comprend un incubateur biologique 110 V, un carnet de consignation des résultats et 5 boîtes de 100 indicateurs biologiques avec broyeur de flacons.

Bioview[MC] : Trousse de base - Surveillance hebdomadaire
NBBVCASK2
Méthode de surveillance biologique. La pratique optimale consiste à vérifier l'efficacité de stérilisation sur une base quotidienne. La trousse de base comprend un incubateur biologique 110 V, un carnet de consignation des résultats et 1 boîte de 100 indicateurs biologiques avec broyeur de flacons.

Produits de stérilisation supplémentaires

BioviewMC : Carnet de consignation des résultats d'analyses
NBBVCALOG
Méthode de surveillance biologique. La pratique optimale consiste à vérifier l'efficacité de stérilisation sur une base quotidienne. Le carnet de consignation des résultats est un relieur facile d'emploi, muni de pages recto verso pour y consigner les résultats des tests mécaniques, chimiques et biologiques de surveillance de la stérilisation.

Bioview[MC] : Service postal de surveillance de la stérilisation
23010012 - 12 Mensuelle
23010026 - 26 Bimensuelle
23010052 - 52 Hebdomadaire
Le contrôle efficace des infections commence par l'analyse régulière de l'équipement et des processus. Lorsqu'une preuve de stérilité est exigée, la meilleure pratique est d'avoir un document à portée juridique, en plus des résultats des tests effectués en cabinet. Le meilleur moyen à utiliser à cette fin est le test de stérilité par voie postale.

Bioview[MC] : Incubateur d'essai biologique 110 V
NBBVCAINC
Méthode de surveillance biologique. La pratique optimale consiste à vérifier l'efficacité de stérilisation en cabinet sur une base quotidienne. L'incubateur à sec 14 cellules est utilisé pour l'incubation des indicateurs biologiques. L'appareil compte deux réglages de température (37 et 57 degrés) et fournit les résultats dans un délai de 24 heures lorsque les bons indicateurs biologiques sont utilisés. Chaque incubateur est accompagné d'un certificat d'étalonnage et d'un thermomètre pour vérifier le réglage de la température.



ProChem - Test de type Bowie-Dick
NBBDTP-80
20/boîte
Le test de Bowie-Dick est utilisé pour déterminer le taux de réussite ou d'échec de la stérilisation dans les stérilisateurs à la vapeur à retrait dynamique de l'air. Cet indicateur chimique de classe 2 devrait être utilisé dans une chambre vide, de préférence en début de journée, avant de commencer le traitement des charges.

Medicom® : Pochettes de stérilisation Safe-Seal Duet
230680105 - 200 x 2 1 / 4 po x 4 po (57 mm x 130 mm)
230680000 - 200 x 2 3 / 4 po x 9 po (70 mm x 229 mm)
230680005 - 200 x 3 1 / 2 po x 5 po 1/4in (83 mm x 159 mm)
230680100 - 200 x 3 1 / 2 po x 9 po (89 mm x 254 mm)
230680205 - 200 x 5 1 / 4 po x 10 po (134 mm x 279 mm)
230680100B - 500 x 3 1 / 2 po x 9 po (89 mm x 254 mm)
Stérilisation assurée grâce à un indicateur interne multivariable de classe 4 et un indicateur externe de procédé de classe 1 pour la stérilisation à la vapeur. Répond aux normes des CDC en matière d'efficacité de stérilisation et réagit à toutes les variables (temps, température et vapeur saturée). Sceau étanche à chevrons très larges qui protège contre la rupture par les instruments, et papier poreux de qualité médicale supérieure, conforme aux normes médicales. Pli perforé qui facilite un pliage précis de la bande adhésive pour former un sceau étanche. Encoche simplifiant l'ouverture des pochettes. Encres sans plomb de qualité supérieure, compatibles avec un grand nombre de désinfectants d'usage courant et permettant de confirmer aisément l'efficacité du processus de stérilisation.

Contrôle des infections

SciCan : Pré-nettoyeur OPTIM[MC] 28
SCI2800
Cruche de 4 L
OPTIM[MC] 28 est une solution de nettoyage rapide (nettoyage en 5 minutes) et facile à utiliser, qui permet de nettoyer vos instruments avant la désinfection et la stérilisation. La présence de débris visibles à la surface des instruments peut compromettre l'efficacité de désinfection et de stérilisation. OPTIM[MC] 28 contient du peroxyde d'hydrogène stabilisé, un produit hautement efficace pour nettoyer les débris organiques. Non corrosif lorsqu'il est utilisé au bon taux de dilution; efficace contre les protéines, les glucides et les lipides.

SciCan : Lingettes désinfectantes OPTIM[MC] 6 x 7 – Recharge
SCI33R18
160 lingettes
Lingettes sèches permettant de réutiliser les contenants de lingettes OPTIM[MC] en association avec le liquide OPTIM[MC]. Idéales pour les cabinets qui comptent plusieurs salles opératoires, car elles permettent de réduire les coûts et le gaspillage.

SciCan : Lingettes désinfectantes OPTIM[MC] 10 x 10 – Recharge
SCI33R18XL
60 lingettes
Lingettes sèches permettant de réutiliser les contenants de lingettes OPTIM[MC] en association avec le liquide OPTIM[MC]. Idéales pour les cabinets qui comptent plusieurs salles opératoires, car elles permettent de réduire les coûts et le gaspillage.

SciCan : Lingettes désinfectantes OPTIM[MC] 33TB pour surface
SCI33W12-ALOE - Parfumées à l'aloès
SCI33W12 - Non parfumées
Les lingettes désinfectantes OPTIM[MC] tuent les microbes sur les surfaces jusqu'à 10 fois plus rapidement que les autres grandes marques de nettoyants. Virucide. Bactéricide. Tuberculocide. OPTIM[MC] nettoie de façon optimale grâce à sa composition brevetée à base de peroxyde d'hydrogène. OPTIM[MC] est écologique et biodégradable : ce produit se décompose sous forme d'eau et d'oxygène après la désinfection.

SciCan : Chimiostérilisant OPTIM[MC] CS
SCISC4X4
Cruche de 4 L
De tous les produits actuellement offerts sur le marché dentaire, OPTIM[MC] CS est le produit de stérilisation chimique qui agit le plus rapidement; il permet en effet d'obtenir une stérilisation efficace en 20 minutes. Il s'agit d'une solution prête à l'emploi, dont l'ingrédient actif est le peroxyde d'hydrogène à 7 %; ce produit est donc sans danger pour le personnel et l'environnement lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi. OPTIM[MC] CS contient des inhibiteurs de corrosion; il a une efficacité microbiologique en présence d'une charge organique de 5 % et est exempt de glutaraldéhydes, d'alcool et de COV (composés organiques volatils).

Fournitures

SciCan : Pompe OPTIM[MC] pour cruche de 4 L
SCIPMP44
Outil nécessaire pour utiliser la solution OPTIM[MC] efficacement et sans déversement. La pompe assurent une utilisation optimale de votre produit OPTIM[MC].

SciCan : Pulvérisateur pour bouteille de 1 L
VXFSA-KIT
Outil nécessaire pour utiliser la solution OPTIM[MC] efficacement et sans déversement. Le pulvérisateur assurent une utilisation optimale de votre produit OPTIM[MC].

BIOVIEW[MC] est une marque déposée de HANSAmed Limited, distributeur exclusif de BIOVIEW[MC].
OPTIM[MC] est une marque de commerce de SciCan Ltd.
Medicom® est une marque déposée de Medicom.

Fier distributeur de :

Bioview™

SciCan
Your Infection Control Specialist™

HANSAmed LIMITED

HANSAmed Limited
2830 Argentia Road, Units 5 -8
Mississauga, ON L5N 8G4

Téléphone : 905-813-8090
Numéro sans frais : 1-800-363-2876
Télécopieur : 905-813-8091
Web : www.hansamed.net

CAT_IF_0415FR